



Warszawa, 16.03.2018r.

Informacja po testach

Laktator LOVI Ekspert pomyślnie przeszedł testy użytkowe na grupie 19 matek. Testy były prowadzone na terenie Kliniki Neonatologii szpitala Bielańskiego w Warszawie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry medycznej.

Laktatory były poddawane testom na grupie mam, które w większości przeszły zabieg cesarskiego cięcia i przedwcześnie urodziły swoje dzieci. W grupie kontrolnej były pacjentki, które już miały doświadczenie w odciąganiu i stymulacji laktacji na innym sprzęcie, oraz mamy które pierwszy raz w życiu stymulowały laktację. Pomogło to ocenić jego skuteczność, w przypadku inicjowania i utrzymania laktacji gdy karmienie dzieci bezpośrednio z piersi nie było możliwe. Testowany sprzęt skutecznie pomagał szybko stymulować produkcję pokarmu. Dzięki stosowaniu laktatorów udało się uzyskać wystarczającą na potrzeby dzieci ilość odciągającego mleka, oraz rozwiązywać bieżące problemy laktacyjne np. nawał pokarmu. Laktator z dużym powodzeniem stosowały mamy bliźniąt, które obecnie karmią dzieci wyłącznie piersią co dowodzi że stosowanie laktatora w początkowym okresie nie wyklucza docelowego karmienia bezpośrednio z piersi. Kilka mam w okresie przejściowym zostało dawczyniami w Banku Mleka.

Do głównych zalet stosowanych laktatorów mamy zaliczały: prosty schemat obsługi, silikonowy lejek, który nie uszkadzał brodawek, możliwość regulacji mocy ssania, natomiast mamy stymulujące laktację w schematach czasowych podkreślały zaletę wyświetlacza umożliwiającego kontrolę czasu odciągania. Stosowane laktatory można łatwo rozmontować, co pozwala na dokładne mycie i dezynfekcję.

Mamy wysoko oceniły jakość testowanego laktatora te, które miały doświadczenie z pracy na innym sprzęcie stwierdziły, że jest on lepszy od dotychczas stosowanego. Można śmiało stwierdzić że testowane laktatory można zaliczyć do grupy wiodących obecnie na rynku.

mgr Monika Stępińska
Certyfikowany Doradca Laktacyjny
0293/2012/CDL